VAI ALLA SCHEDA ONLINE: https://chinesport.wi-staging.it/go/02348/?_locale=it

02348 THERAPIST

Dispositivo medico portatile professionale, idoneo per essere usato sia in ambiente ospedaliero ed ambulatoriale da operatori professionali, ed in ambiente domiciliare.

Dispositivo medico terapeutico progettato per l'applicazione dei campi magnetici variabili. La sua funzione è quella di sfruttare gli effetti biologici dei campi magnetici sull'organismo, trovando impiego in ambiti come la traumatologia, la reumatologia e la fisioterapia.
Grazie al design e alle diverse modalità di applicazione, il dispositivo è indicato per il trattamento di numerose patologie dell'apparato muscolo-scheletrico.
Le dimensioni compatte e la batteria a lunga durata consentono di utilizzarlo comodamente in qualsiasi contesto, anche durante le normali attività quotidiane e sopra gli indumenti. Inoltre il dispositivo è silenzioso e non produce vibrazioni.
L'impiego è semplice e intuitivo: è sufficiente individuare se la condizione da trattare è riconducibile a un dolore acuto o cronico/fratturato, per selezionare il programma terapeutico più appropriato.



02348_preview

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

1 unità di magnetoterapia

2 elastici

1 adattatore di alimentazione

1 manuale di istruzioni

1 magnete per la verifica del funzionamento

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

Specifiche tecniche e dimensioni

Peso	350 g
Assorbimento	0,6 A
Durata Batteria	THA150: circa 4/5 ore
Dimensioni Apparecchio	138 x 93 x 24 mm
Tensione di alimentazione	100-240 Vac; 50/60 Hz
Condizioni ambientali di funzionamento	Temperatura da +5 a +40 °C - Umidità relativa da 15% a 93% - Pressione da 700 a 1060 hPa
Condizioni ambientali di trasporto e stoccaggio	Temperatura da -20 a + 60 °C - Umidità relativa < 93% - Pressione da 700 a 1060 hPa
Frequenza di pilotaggio del diffusore (integrato nel dispositivo)	da 5 a 500 [Hz] ±20%
Tempo necessario affinché il dispositivo sia pronto per l"uso previsto, dalla temperatura massima dichiarata	30 minuti

note_2	alimentatore non medicale
Tempo ricarica	4 ore circa
Tensione di uscita	5 Vdc 2,4 A
Alimentatori compatibili	Mod. . SAW20-050-2400GD
Batteria ricaricabile tipo Li-Pol	3,7 Vdc 1900 mAh
Intensità magnetica massima (Valore picco)	THA150: 150 [Gauss] ±20%
Classificazione rispetto all"ingresso di polvere e liquidi	IP22
Tempo necessario affinché il dispositivo sia pronto per l"uso previsto, dalla temperatura minima dichiarata	30 minuti

Documentazione disponibile online

Manuale istruzioni - edizione passata - User_manual

PDF | 2.36 MB

EN


Documento disponibile in area riservata

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

Altre immagini dell’articolo



02348



02348_02



02348_03



02348_01



02348_04




02348_07



02348_05



02348_06



02348_08