**VAI ALLA SCHEDA ONLINE:** https://chinesport.wi-staging.it/go/XBM013/?_locale=it

## **XBM013** LETTO ALLURA II

Allura II 120 offre una capacità di carico elevata e un intervallo di regolazione dell"altezza dal piano rete a partire da 30cm. Viene incontro sia alle richieste di comfort e sicurezza dell"utente che alla necessità di alleviare il carico di lavoro

Allura II 120 offre una capacità di carico elevata e un intervallo di regolazione dell’altezza dal piano rete a partire da 30cm. Viene incontro sia alle richieste di comfort e sicurezza dell’utente che alla necessità di alleviare il carico di lavoro di famigliari e operatori.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI del letto Allura II 120:

- Carico di lavoro in sicurezza: 250 kg
- Peso massimo utente: 210 kg
- Intervallo di regolazione dell’altezza: da 30 a 80 cm
- Sistema di azionamento a 24 volt
- Telecomando cablato



6763_Burm_SchwerlastBett_14_10_2020_slt_1_preview

- Posizione di anti-Trendelenburg di 14°
- L’installazione sponde laterali con il sistema Easy Click non richiede attrezzi


chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

XBM013

**LETTO ALLURA II**

## Specifiche tecniche e dimensioni

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Peso** | 133 kg | **Rete** | Rete metallica (3 sezioni) |
| **Ruote** | 12,5 cm a bloccaggio singolo | **Materiali** | Faggio Naturale |
| **Piano rete** | 120 x 200 cm | **Alimentazione** | Sistema a 24 volt |
| **Dimensioni totali** | 131 x 224 cm | **Peso massimo utente** | 210 kg |
| **Regolazione schienale** | 0° ÷ 70° | **Regolazione in altezza** | 30 ÷ 80 cm |
| **Regolazione sezione gambe** | 0° ÷ 35° | **Carico di lavoro in sicurezza** | 250 kg |





## Logistica

1. SCATOLA SU BANCALE | cm 80 x 145 x 220 h | 151 kg | 2.55200

# Altre immagini dell’articolo



6763_Burm_SchwerlastBett_14_10_2020_slt_1



7071_Allura2_01_14_10_2020_slt

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

XBM013

DATA DI STAMPA: 13/11/2026

# LETTO ALLURA II



9007_LTH_Allura_II_100_2016_01