**VAI ALLA SCHEDA ONLINE:** https://chinesport.wi-staging.it/go/XRI006/?_locale=it

# **XRI006** FISIOTEK LT-G

Mobilizzatore dedicato alla riabilitazione passiva del gomito attraverso i movimenti di flesso-estensione e di prono-supinazione.

**Fisiotek LT-G** è il mobilizzatore dedicato alla **riabilitazione passiva del gomito**, attraverso i movimenti di **flesso-estensione** e di **prono-supinazione.**

La struttura dell'apparecchio assicura grande stabilità e precisione di movimento, garanzia di un recupero efficace. La programmazione del range di movimento viene effettuata elettro-meccanicamente. Il riferimento alle scale grafiche riportate sul disco centrale rendono la programmazione intuitiva ed agevole. E' possibile regolare l'altezza dell'apparecchio con il paziente seduto; attraverso il telecomando Start & Stop, è possibile invece controllare il movimento.



xri006

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620



La qualità dei particolari meccanici garantisce il mantenimento nel tempo della correttezza del movimento.

**Movimenti possibili (con paziente seduto):**

- Flessione-estensione : 0° ÷ 150°
- Pronazione-supinazione: 90° ÷ 0° ÷ 90°

**Funzioni programmabili:**

- Velocità (min. 2°/sec. – max. 4,5°/sec.)
- Range di movimento: rapida regolazione elettro-meccanica dei limiti

**Patologie trattate:**

- Artrotomia, artroscopia
- Trattamenti chirurgici di fratture

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620



- Impianti endoprostetici
- Trattamenti post-mobilizzazione
- Chirurgia ricostruttiva
- Operazioni su tessuti molli

CE 0123 CLASSIFICAZIONE DIRETTIVA CEE 93/42 : CLASSE II A

CE CE

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620



# Specifiche tecniche e dimensioni

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Allenamento passivo** | Gomito | **Tipo di movimento** | Passivo |
| **Peso** | 47 kg | **Input** | 12 V DC 50/60 Hz - 4.8 W |
| **Dimensioni** | 75 x 75 x 103 cm | **Sicurezza elettrica** | Classe II BS EN 60601-1 |
| **Alimentazione esterna** | 100÷240 V AC - 50÷60 Hz 400 mA | **Compatibilità elettromagnetica** | Gruppo 1 Classe BS EN 60601-1-2 |
| **Classificazione secondo la Direttiva CEE 93/42** | Classe IIa | | |

# Documentazione disponibile online

**Dichiarazione di conformità - edizione passata** - Dichiarazione _conformità — PDF | 228.13 KB

EN

Documento disponibile in area riservata

**Dichiarazione di conformità - edizione passata** - Dichiarazione CE — PDF | 154.8 KB

IT

Documento disponibile in area riservata

**Manuale istruzioni - edizione passata** - Manuale Istruzioni PDF | 2.67 MB

EN

Documento disponibile in area riservata

**Manuale istruzioni - edizione passata** - Manuale Istruzioni PDF | 10.71 MB

IT

Documento disponibile in area riservata

## Logistica

1. scatola su bancale | cm 78 x 80 x 138 h | 51 kg | 0.86112

**Repertorio:** 763408

# Accessori



**02115** KIT BATTERIE

Batteria e caricabatteria per apparecchiature Fisiotek.

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620



# Altre immagini dell’articolo



elbow-flexion-extension-4



elbow-accessories



elbow-flexion-extension1



elbow-pronation-supination-3



height-adjustment-1



elbow-pronation-supination-1



electro-mechanical-switching-1-front




electro-mechanical-switching-2

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

XRI006

DATA DI STAMPA: 13/11/2026

# FISIOTEK LT-G



fisiotek-lt-g-right

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO